关于安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司污染源在线监控（COD）超标的情况说明

2021 年 12 月 24-26 日，我公司废水总排 COD 日均值超标，是因为公司总排口 COD 在线分析仪已更换新设备，根据最新环保规定要求，新设备需在现场完成 48 小时量程漂移调试。由于企业 COD 排放 [illegible] 值为 1000mg/L，量程漂移测试期间，分别配置实测量现场设备量程 20%（质控样 200mg/L）、80%（质控样 800mg/L）的质控样各 24 [illegible]

特此说明。

安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司